

Vertailukohde	Pisteytysperusteet	Maksimipisteet	PTW Benelux	PTW pisteet	Scanflex Medical AB	Scanflex pisteet
VESIFANTOMI	Pisteet on annettu tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Kunkin vertailukohdan pisteet määräytyivät tarjoajien ilmoittamien ominaisuuksien perusteella alla esitetyllä tavalla.					
Valmistelu aika mittauskäyttöön	Vertailussa arvioidaan valmisteluajan nopeutta, lyhyimmällä ilmoitetulla valmisteluajalla saa kohteen max. pisteet. Pisteytys: kolme parasta saa järjestyksessä pisteitä 5-3-1	5	< 12 min	3	Max. 10 min	5
Elektrometrin kalibrointitodistus	Kyllä 5 p. / Ei 0 p.	5	Kyllä	5	Ei hyväksytty pisteytyksessä	0
Kammion efektiivinen mittauspiste huomioitu	Kyllä 3 p./ Ei 0 p.	3	Kyllä	3	Kyllä	3
Mittausjonojen automaattinen luonti	Kyllä 3 p./ Ei 0 p.	3	Kyllä	3	Kyllä	3
Referenssidatan vertailu	Kyllä 2 p./ Ei 0 p.	2	Kyllä	2	Kyllä	2
Langaton yhteys	Kyllä 2 p./ Ei 0 p.	2	Kyllä	2	Kyllä	2
Vesifantomi yhteensä		20		18		15
SRT/SBRT-MATRIISI	Pisteet on annettu tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Kunkin vertailukohdan pisteet määräytyivät tarjoajien ilmoittamien ominaisuuksien perusteella alla esitetyllä tavalla.					
Mittausalue	Vertailussa arvioidaan koko mittausalueen pinta-alaa, suurimmalla ilmoitetulla pinta-alalla saa kohteen max. pisteet. Pisteytys: kolme parasta saa järjestyksessä pisteitä 10-5-3	10	150 x 150 mm	10	120 x 140 mm	5
Tarkan resoluution mittausalue	Vertailussa arvioidaan tarkan resoluution mittausalueen pinta-alaa, suurimmalla ilmoitetulla pinta-alalla saa kohteen max. pisteet. Pisteytys: kolme parasta saa järjestyksessä pisteitä 10-5-3	10	65 x 65 mm	5	120 x 140 mm	10
Resoluutio	Vertailussa arvioidaan tarkan mittausalueen mittauspisteiden etäisyyttä toisistaan. Pienin ilmoitettu arvo saa kohteen max. pisteet. Pisteytys: kolme parasta saa järjestyksessä pisteitä 10-5-3	10	2,5 mm	5	0,4 mm	10
Paino	Vertailussa arvioidaan laitteiston painoa, pienin ilmoitettu arvo saa kohteen max.pisteet. Pisteytys: kolme parasta saa järjestyksessä pisteitä 5-3-1	5	35,4 kg	3	19,3 kg	5
Pienten kenttien profiilit	1) Kyllä 2,5 p./ Ei 0p. 2) Kyllä 2,5 p. / Ei 0p.	2.5	Kyllä	2.5	Kyllä	2.5
MLC-testit		2.5	Ei	0	Kyllä	2.5
SRT/SBRT-matriisi yhteensä		40		25.5		35
Laatupisteet yhteensä		60		43.5		50